

ZXY-11(5)
液压油颗粒污染检测

成都以太航空保障工程技术有限公司

ГОСТ 标准

成都以太航空保障工程技术有限公司

工作液污染度(工业纯度)分级

ГОСТ 17216-71

1. 本标准适用于在机械设备和机械零件的使用、制造和修理中所用工作液—液压传动机构和机械操纵工作液、润滑油、润滑冷却液、液体燃料、强溶性液体和溶剂等。

2. 应按下表选取工作液污染度等级。

工作液 污染度 等级	100+0.5 厘米 ³ 液体容积里杂质微粒数不大于下列数值									杂质质 量不大 于 %		
	微粒尺寸, 微米											
	0.5~1	>1~2	>2~5	>5~10	>10 ~25	>25 ~50	>50 ~100	>100 ~200	纤维			
00	800	400	32	8	4	1	无	A.O	A.O	不规定		
0	1600	800	63	16	8	2						
1		1600	125	32	16	3						
2			250	63	32	4	1	无	无			
3				125	63	8	2					
4				250	125	12	3					
5				500	250	25	4	1				
6				1000	500	50	6	2	1	0.0002		
7				2000	1000	100	12	4	2	0.0002		
8				4000	2000	200	25	6	3	0.0004		
9				8000	4000	400	50	12	4	0.0006		
10		不规定		16000	8000	800	100	25	5	0.0008		
11				31500	16000	1600	200	50	10	0.0016		
12				63000	31500	3150	400	100	20	0.0032		
13					63000	6300	800	200	40	0.005		
14					125000	12500	1600	400	80	0.008		
15						25000	3150	800	160	0.016		
16						5000	6300	1600	315	0.032		
17							12500	3150	630	0.063		

1971-10-08 批准

1973-07-01 实施

上海罗湾实业有限公司

ShangHai LUWATECH Industrial Co.,Ltd

地址:上海浦东新区康桥东路333号9栋

TEL:13917337146(微信) 021-58073569

E-mail:maorong.long@luowansy.com

<https://luwatech.1688.com>

<http://www.luowansy.com>

<http://www.luwatech.com.cn>

颗粒计数器专业供应商